



CÔNG AN TỈNH HÀ NỘI
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

PHỤ LỤC BỔ SUNG THÔNG TIN
DANH MỤC VẬT TƯ, HOÀ CHẤT, SINH PHẨM GỎI (B14)
(Theo công văn số: 1056/CQCSĐT của Cơ quan Cảnh sát điều tra)

STT	Danh mục hàng hoá	Ký mã hiệu, nhãn märke sản phẩm	Khối lượng	Quy cách	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Hãng SX/Nước sản xuất	Thông tin bổ sung	
								Năm sản xuất	Năm đưa vào sử dụng
1	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS - CoV-2 (Trueline COVID-19 Ag Rapid Test)	MICOG -502 (B2 503), Trueline COVID-19 Ag Rapid Test	15.000	Hộp 25 Test	Test	<ul style="list-style-type: none">- Mẫu phẩm: Dịch tự hầu- Định tính phát hiện kháng nguyên SARS - CoV-2- Ngưỡng phát hiện là 142 TCID 50/mL với virus SARS - CoV-2 nuôi cấy bất hoạt và 0,1 ng/mL với kháng nguyên tái tổ hợp SARS - CoV-2- Thành phần Kit thử: Công với vàng và các kháng thể đơn dòng các kháng nguyên SARS - CoV-2- Vạch kết quả chứa các kháng thể đơn dòng kháng các kháng nguyên SARS - CoV-2- Vạch chứng Kháng thể đa dòng để kháng IgG chuột.- Độ nhạy tương quan: 96,3%, Độ đặc hiệu tương quan: 99,75% so với phương pháp RT - PCR.- Không phản ứng chéo với Influenza, Enterovirus, Adenovirus, Streptococcus Pneumoniae,...- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016- Hạn sử dụng (tuổi thọ): 24 tháng- Bảo quản nhiệt độ phòng.	Công ty TNHH Medicom/Việt Nam	2021	2021 +2022